ID1100 [室温]

2024/05

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	22.8	23.4	24.1	
2日	22.7	23.1	23.7	
3日	22.4	23.0	23.5	
4日	22.5	23.0	23.6	
5日	22.4	23.0	23.7	
6日	22.9	23.2	23.8	
7日	23.0	23.3	23.8	
8日	22.9	23.3	23.8	
9日	23.0	23.6	24.0	
10日	23.2	23.7	24.1	
11日	23.0	23.6	24.1	
12日	22.9	23.5	24.2	
13日	23.6	23.8	24.1	
14日	23.1	23.7	24.2	
15日	23.1	23.8	24.1	
16日	23.6	23.8	24.2	
17日	23.4	23.8	24.2	
18日	22.8	23.6	24.2	
19日	23.2	23.7	24.2	
20日	23.9	24.1	24.4	
21日	23.8	24.2	24.6	
22日	23.9	24.3	24.7	
23日	24.0	24.4	24.8	
24日	24.0	24.4	24.9	
25日	23.6	24.1	24.9	
26日	23.8	24.3	24.8	
27日	24.1	24.7	25.2	
28日	24.0	24.5	25.1	
29日	23.9	24.3	24.8	
30日	23.9	24.4	24.8	
31日	24.0	24.4	24.9	
全体	22.4	23.8	25.2	

ID1101 [冷蔵庫1]

2024/05

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.3	3.7	3.9	
2日	3.3	3.7	3.9	
3日	3.3	3.6	3.9	
4日	3.3	3.6	3.9	
5日	3.3	3.6	3.9	
6日	3.4	3.7	3.9	
7日	3.3	3.7	3.9	
8日	3.3	3.8	4.7	
9日	3.8	4.0	4.1	
10日	3.8	4.0	4.1	
11日	3.8	4.0	4.1	
12日	3.8	4.0	4.2	
13日	3.9	4.0	4.1	
14日	3.8	4.0	4.1	
15日	3.8	4.0	4.1	
16日	3.8	4.0	4.2	
17日	3.8	4.0	4.1	
18日	3.8	4.0	4.2	
19日	3.8	4.0	4.1	
20日	3.7	4.0	4.2	
21日	3.7	3.9	4.1	
22日	3.7	3.9	4.0	
23日	3.7	3.9	4.1	
24日	3.7	3.9	4.1	
25日	3.7	3.9	4.1	
26日	3.7	3.9	4.1	
27日	3.7	3.9	4.1	
28日	3.7	3.9	4.1	
29日	3.7	3.9	4.1	
30日	3.7	3.9	4.1	
31日	3.7	3.9	4.1	
全体	3.3	3.9	4.7	

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.3	4.0	4.7
2日	3.3	4.1	4.7
3日	3.3	4.1	4.7
4日	3.3	4.1	4.7
5日	3.3	4.1	4.8
6日	3.3	4.1	4.7
7日	3.3	4.1	4.7
8日	3.3	4.1	4.7
9日	3.3	4.1	4.7
10日	3.3	4.1	4.7
11日	3.3	4.1	4.7
12日	3.3	4.1	4.7
13日	3.3	4.1	4.7
14日	3.3	4.1	4.7
15日	3.3	4.1	4.7
16日	3.3	4.1	4.7
17日	3.3	4.1	4.7
18日	3.3	4.1	4.7
19日	3.3	4.1	4.7
20日	3.3	4.0	4.7
21日	3.3	4.0	4.7
22日	3.3	4.0	4.7
23日	3.3	4.0	4.7
24日	3.3	4.0	4.6
25日	3.3	4.0	4.7
26日	3.3	4.0	4.7
27日	3.3	4.0	4.6
28日	3.3	4.0	4.7
29日	3.3	4.0	4.7
30日	3.3	4.0	4.7
31日	3.3	4.0	4.7
全体	3.3	4.1	4.8

ID1103 [恒温庫]

2024/05

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	18.4	19.2	20.1	
2日	18.4	19.2	20.1	
3日	18.4	19.2	20.1	
4日	18.4	19.2	20.1	
5日	18.4	19.3	20.1	
6日	18.4	19.2	20.1	
7日	18.4	19.2	20.1	
8日	18.4	19.2	20.1	
9日	18.4	19.2	20.0	
10日	18.4	19.2	20.0	
11日	18.4	19.2	20.0	
12日	18.4	19.2	20.1	
13日	18.4	19.2	20.0	
14日	18.4	19.2	20.1	
15日	18.4	19.2	20.0	
16日	18.4	19.2	20.0	
17日	18.4	19.2	20.0	
18日	18.4	19.2	20.1	
19日	18.4	19.2	20.1	
20日	18.4	19.2	20.0	
21日	18.4	19.2	20.0	
22日	18.4	19.2	20.0	
23日	18.3	19.2	20.0	
24日	18.3	19.2	20.0	
25日	18.3	19.2	20.1	
26日	18.4	19.2	20.0	
27日	18.3	19.2	20.0	
28日	18.3	19.2	20.0	
29日	18.3	19.2	20.0	
30日	18.5	19.2	19.9	
31日	18.6	19.2	19.9	
全体	18.3	19.2	20.1	

ID1104 [カテ室]

2024/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	22.5	23.4	24.0
2日	22.1	22.8	23.5
3日	23.0	23.2	23.6
4日	23.5	23.8	24.2
5日	24.0	24.2	24.3
6日	24.3	24.4	24.8
7日	23.3	23.9	24.7
8日	22.7	23.4	24.0
9日	22.3	23.0	23.8
10日	22.8	23.2	23.6
11日	22.9	23.4	24.0
12日	23.0	23.4	23.8
13日	22.9	23.4	23.8
14日	22.7	23.2	23.9
15日	23.0	23.4	23.9
16日	22.7	23.2	23.9
17日	22.9	23.5	24.4
18日	24.3	24.5	24.8
19日	24.4	24.7	25.3
20日	24.3	24.6	25.3
21日	24.4	24.7	25.1
22日	24.4	24.6	24.9
23日	24.4	24.7	25.3
24日	24.4	24.8	25.1
25日	24.8	25.0	25.5
26日	25.5	25.7	26.0
27日	25.1	25.5	25.8
28日	24.4	24.9	25.6
29日	24.0	24.4	24.8
30日	24.1	24.4	24.9
31日	24.2	24.6	25.0
全体	22.1	24.1	26.0

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/05

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	_
1日	5.5	5.8	6.2	
2日	5.6	5.9	6.4	
3日	5.5	5.6	6.1	
4日	5.5	5.6	6.2	
5日	5.5	5.6	6.1	
6日	5.5	5.7	6.3	
7日	5.6	5.8	6.9	
8日	5.5	5.7	6.4	
9日	5.5	5.7	6.3	
10日	5.2	5.6	6.1	
11日	5.2	5.3	5.7	
12日	5.3	5.4	5.7	
13日	5.3	5.5	6.1	
14日	5.0	5.5	6.2	
15日	5.1	5.5	6.1	
16日	5.1	5.4	5.9	
17日	4.8	5.1	5.4	
18日	4.9	5.0	5.5	
19日	4.9	5.1	5.4	
20日	5.1	5.5	5.9	
21日	5.1	5.6	6.1	
22日	5.1	5.5	5.8	
23日	5.5	5.7	6.1	
24日	5.1	5.6	6.0	
25日	5.5	5.6	5.9	
26日	5.5	5.6	5.9	
27日	5.5	5.7	6.2	
28日	5.2	5.5	6.2	
29日	5.2	5.5	5.8	
30日	5.1	5.7	6.2	
31日	5.2	5.7	6.2	
全体	4.8	5.5	6.9	

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/05

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.9	-28.6	-28.4	
2日	-28.9	-28.6	-28.2	
3日	-28.9	-28.6	-28.4	
4日	-28.9	-28.6	-28.4	
5日	-28.9	-28.6	-28.4	
6日	-28.9	-28.7	-28.4	
7日	-28.9	-28.6	-28.4	
8日	-29.0	-28.6	-28.4	
9日	-29.0	-28.7	-28.3	
10日	-28.9	-28.7	-28.3	
11日	-28.9	-28.7	-28.5	
12日	-28.9	-28.7	-28.5	
13日	-29.0	-28.7	-28.3	
14日	-28.9	-28.7	-28.5	
15日	-29.0	-28.7	-28.4	
16日	-28.9	-28.6	-28.3	
17日	-28.9	-28.6	-28.3	
18日	-28.8	-28.6	-28.4	
19日	-28.8	-28.6	-28.4	
20日	-29.2	-28.6	-28.2	
21日	-29.0	-28.7	-28.4	
22日	-29.0	-28.7	-28.5	
23日	-29.0	-28.7	-28.3	
24日	-28.9	-28.6	-28.4	
25日	-28.9	-28.7	-28.5	
26日	-28.9	-28.7	-28.5	
27日	-29.0	-28.7	-28.4	
28日	-29.1	-28.7	-28.4	
29日	-29.2	-28.7	-28.4	
30日	-29.0	-28.7	-28.5	
31日	-29.0	-28.7	-28.4	
全体	-29.2	-28.7	-28.2	

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/05

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.8	-78.9	-78.2	
2日	-79.8	-78.9	-78.2	
3日	-79.8	-79.0	-78.2	
4日	-79.8	-79.0	-78.1	
5日	-79.8	-78.9	-78.2	
6日	-79.8	-79.0	-78.2	
7日	-80.0	-79.0	-78.2	
8日	-79.8	-78.9	-78.2	
9日	-79.8	-79.0	-78.2	
10日	-79.8	-78.9	-78.2	
11日	-79.8	-79.0	-78.2	
12日	-79.8	-78.9	-78.2	
13日	-79.8	-78.9	-78.2	
14日	-79.8	-79.0	-78.2	
15日	-79.8	-78.8	-78.1	
16日	-79.7	-78.9	-78.2	
17日	-79.7	-79.0	-78.2	
18日	-79.7	-78.9	-78.1	
19日	-79.7	-78.9	-78.1	
20日	-79.8	-78.8	-78.2	
21日	-79.9	-78.9	-78.1	
22日	-79.7	-78.9	-78.1	
23日	-79.7	-78.9	-78.2	
24日	-79.7	-78.9	-78.1	
25日	-79.7	-78.9	-78.2	
26日	-79.8	-78.9	-78.2	
27日	-79.8	-78.9	-78.1	
28日	-79.6	-78.8	-78.1	
29日	-79.7	-78.9	-78.1	
30日	-79.6	-78.8	-78.1	
31日	-79.7	-78.9	-78.1	
全体	-80.0	-78.9	-78.1	