### ID1100 [室温]

2025/02

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.2	24.7	25.4	
2日	24.4	24.9	25.3	
3日	23.6	24.4	25.5	
4日	23.2	23.6	24.3	
5日	23.3	23.9	24.6	
6日	23.9	24.3	24.8	
7日	23.9	24.3	24.9	
8日	23.8	24.2	24.6	
9日	23.8	24.2	24.7	
10日	23.7	24.2	24.9	
11日	23.7	24.1	24.7	
12日	23.8	24.4	25.1	
13日	24.0	24.5	25.2	
14日	24.1	24.6	25.0	
15日	23.8	24.5	25.1	
16日	24.4	24.8	25.3	
17日	24.1	24.7	25.3	
18日	24.0	24.5	25.1	
19日	23.8	24.4	24.9	
20日	24.0	24.4	24.9	
21日	23.9	24.4	24.9	
22日	23.7	24.2	24.8	
23日	23.7	24.1	24.7	
24日	23.6	24.0	24.5	
25日	23.9	24.2	24.8	
26日	24.0	24.5	25.0	
27日	24.1	24.7	25.1	
28日	24.5	24.9	25.3	
全体	23.2	24.4	25.5	

シリアル番号:05230347 2024/11/11よりシリアル番号:07480651に変更

### ID1101 [冷蔵庫1]

### 2025/02

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.2	4.5	4.9	
2日	4.2	4.6	4.9	
3日	4.2	4.5	4.9	
4日	4.2	4.6	5.0	
5日	4.3	4.6	5.0	
6日	4.3	4.6	4.9	
7日	4.3	4.6	4.9	
8日	4.3	4.6	4.9	
9日	4.3	4.6	4.9	
10日	4.3	4.6	4.9	
11日	4.3	4.6	4.9	
12日	4.3	4.6	4.9	
13日	4.3	4.6	4.9	
14日	4.3	4.6	4.9	
15日	4.3	4.6	4.9	
16日	4.3	4.6	4.9	
17日	4.3	4.6	4.9	
18日	4.2	4.6	4.9	
19日	4.2	4.5	4.8	
20日	4.1	4.4	4.8	
21日	4.1	4.4	4.7	
22日	4.1	4.4	4.7	
23日	4.1	4.4	4.7	
24日	4.1	4.4	4.7	
25日	4.1	4.4	4.7	
26日	4.1	4.4	4.7	
27日	4.1	4.5	4.9	
28日	4.2	4.5	4.9	
全体	4.1	4.5	5.0	

シリアル番号:05230349 2024/11/11よりシリアル番号:07480657に変更

### ID1102 [冷蔵庫2]

2025/02

	温度(°c)		
'	最低	平均	最高
1日	3.5	4.3	4.9
2日	3.5	4.3	4.9
3日	3.5	4.3	5.0
4日	3.6	4.3	5.0
5日	3.6	4.3	5.0
6日	3.6	4.3	5.0
7日	3.6	4.3	5.0
8日	3.6	4.3	5.0
9日	3.6	4.3	5.0
10日	3.5	4.3	5.0
11日	3.6	4.3	5.0
12日	3.5	4.3	5.0
13日	3.5	4.3	5.0
14日	3.5	4.3	4.9
15日	3.5	4.3	4.9
16日	3.5	4.3	4.9
17日	3.5	4.3	4.9
18日	3.5	4.3	5.0
19日	3.5	4.3	5.0
20日	3.6	4.3	5.0
21日	3.6	4.3	5.0
22日	3.6	4.3	5.0
23日	3.6	4.3	4.9
24日	3.6	4.3	5.0
25日	3.6	4.3	4.9
26日	3.6	4.3	4.9
27日	3.5	4.3	4.9
28日	2.7	4.2	4.9
全体	2.7	4.3	5.0

シリアル番号:05230351 2024/11/11よりシリアル番号:07480658に変更

### ID1103 [恒温庫]

### 2025/02

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.7	19.2	19.8	
2日	18.7	19.2	19.8	
3日	18.7	19.2	19.8	
4日	18.8	19.2	19.8	
5日	18.7	19.2	19.7	
6日	18.7	19.2	19.8	
7日	18.7	19.2	19.8	
8日	18.7	19.2	19.7	
9日	18.7	19.2	19.8	
10日	18.7	19.2	19.7	
11日	18.7	19.2	19.8	
12日	18.7	19.2	19.7	
13日	18.7	19.2	19.7	
14日	18.7	19.2	19.7	
15日	18.7	19.2	19.7	
16日	18.7	19.2	19.7	
17日	18.7	19.2	19.8	
18日	18.7	19.2	19.8	
19日	18.7	19.2	19.8	
20日	18.6	19.2	19.8	
21日	18.7	19.2	19.8	
22日	18.7	19.2	19.8	
23日	18.7	19.1	19.8	
24日	18.6	19.2	19.8	
25日	18.7	19.2	19.8	
26日	18.6	19.2	19.8	
27日	18.7	19.2	19.8	
28日	18.7	19.2	19.8	
全体	18.6	19.2	19.8	

シリアル番号:05230360 2024/11/11よりシリアル番号:07480659に変更

### ID1104 [カテ室]

### 2025/02

	温度(°c)			
	最低	平均	最高	
1日	20.2	20.4	20.5	
2日	20.0	20.2	20.4	
3日	19.5	20.1	21.3	
4日	18.5	19.0	19.9	
5日	17.9	18.5	19.4	
6日	17.6	18.9	20.0	
7日	18.4	19.2	20.4	
8日	18.4	18.9	19.9	
9日	17.4	18.1	19.5	
10日	18.4	19.3	20.4	
11日	17.8	18.5	19.8	
12日	17.9	19.2	20.8	
13日	18.9	19.7	21.0	
14日	18.7	19.8	20.8	
15日	19.9	20.2	20.7	
16日	19.7	20.0	20.3	
17日	19.8	20.4	21.0	
18日	20.0	20.6	21.7	
19日	19.3	20.0	20.9	
20日	19.5	20.0	21.0	
21日	19.0	19.9	21.2	
22日	18.5	19.0	20.2	
23日	17.8	18.5	20.1	
24日	17.5	18.5	20.1	
25日	17.7	19.0	20.5	
26日	18.8	19.7	20.8	
27日	19.4	20.3	21.9	
28日	20.3	21.0	21.7	
全体	17.4	19.5	21.9	

### ID1105 [検査室冷蔵庫]

2025/02

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.5	5.6	5.8	
2日	5.5	5.6	6.0	
3日	5.4	5.6	5.9	
4日	5.2	5.5	5.8	
5日	5.2	5.6	5.9	
6日	5.2	5.4	5.7	
7日	5.4	5.5	5.8	
8日	5.4	5.5	5.8	
9日	5.3	5.4	5.7	
10日	5.2	5.4	5.9	
11日	5.2	5.3	5.6	
12日	4.7	5.1	5.6	
13日	4.5	4.8	5.2	
14日	4.5	4.8	5.3	
15日	4.7	4.8	5.0	
16日	4.7	4.8	5.1	
17日	4.2	4.7	5.2	
18日	4.5	4.9	5.3	
19日	4.8	5.0	5.3	
20日	4.9	5.1	5.4	
21日	4.8	5.2	5.9	
22日	5.4	5.5	5.8	
23日	5.4	5.5	5.8	
24日	5.4	5.6	5.8	
25日	5.1	5.5	5.8	
26日	5.2	5.4	5.8	
27日	5.2	5.4	6.0	
28日	5.4	5.7	6.1	
全体	4.2	5.3	6.1	

シリアル番号:05230362 2024/11/11よりシリアル番号:07480661に変更

### ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2025/02

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.0	-28.8	-28.5	
2日	-29.0	-28.8	-28.5	
3日	-29.2	-28.8	-28.5	
4日	-29.1	-28.8	-28.5	
5日	-29.1	-28.8	-28.6	
6日	-29.1	-28.8	-28.5	
7日	-29.1	-28.8	-28.5	
8日	-29.1	-28.9	-28.6	
9日	-29.1	-28.8	-28.6	
10日	-29.2	-28.9	-28.5	
11日	-29.1	-28.9	-28.6	
12日	-29.2	-28.9	-28.6	
13日	-29.2	-28.9	-28.5	
14日	-29.2	-28.8	-28.4	
15日	-28.9	-28.7	-28.4	
16日	-28.9	-28.6	-28.4	
17日	-29.1	-28.7	-28.3	
18日	-29.0	-28.7	-28.4	
19日	-29.0	-28.7	-28.4	
20日	-29.0	-28.6	-28.3	
21日	-29.0	-28.7	-28.4	
22日	-28.9	-28.7	-28.4	
23日	-29.0	-28.7	-28.5	
24日	-28.9	-28.7	-28.5	
25日	-29.1	-28.7	-28.4	
26日	-29.0	-28.7	-28.4	
27日	-29.2	-28.7	-28.4	
28日	-29.1	-28.7	-28.4	
全体	-29.2	-28.8	-28.3	

シリアル番号:01860015 2024/11/11よりシリアル番号:02960018に変更

# ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2025/02

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.3	-79.2	-78.2	
2日	-80.2	-79.1	-78.2	
3日	-80.2	-79.2	-78.2	
4日	-80.2	-79.2	-78.2	
5日	-80.2	-79.2	-78.2	
6日	-80.2	-79.2	-78.3	
7日	-80.3	-79.2	-78.2	
8日	-80.2	-79.2	-78.2	
9日	-80.3	-79.2	-78.3	
10日	-80.1	-79.1	-78.3	
11日	-80.2	-79.1	-78.2	
12日	-80.3	-79.1	-77.7	
13日	-80.4	-79.0	-78.1	
14日	-80.2	-79.1	-78.2	
15日	-80.2	-79.2	-78.2	
16日	-80.2	-79.1	-78.2	
17日	-80.2	-79.1	-78.0	
18日	-80.2	-79.1	-78.2	
19日	-80.2	-79.1	-78.1	
20日	-80.2	-79.1	-78.1	
21日	-80.2	-79.1	-78.2	
22日	-80.2	-79.1	-78.1	
23日	-80.2	-79.1	-78.1	
24日	-80.2	-79.1	-78.2	
25日	-80.2	-79.1	-78.1	
26日	-80.2	-79.1	-78.1	
27日	-80.2	-79.1	-78.2	
28日	-80.2	-79.1	-78.1	
全体	-80.4	-79.1	-77.7	