

臨床検査精度管理調査

| 名称                          | 日付 | 日付 |
|-----------------------------|----|----|
| ・日本医師会臨床検査精度管理調査（参加証）       |    |    |
| ・日本臨床衛生検査技師会臨床検査精度管理調査（参加証） |    |    |
| ・九州臨床検査精度管理研究会調査（参加証）       |    |    |
| ・福岡県医師会臨床検査精度管理調査（参加証）      |    |    |

施設設備・体制

| 検査機器    | 機器管理    | 設置場所           | メーカー     | 機種                |                              | 点検/校正実施日   | 点検/校正実施日         | 点検/校正実施日  | 点検/校正実施日 |  |
|---------|---------|----------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|--|
| 心臓超音波   | 年1回：外部  | 2F<br>生理検査室    | Room2    | GEメディカル           | Vivid E95                    | AR5040     |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room3    | Philips           | EPIQ CVx Ultrasound System   | USN19B0449 |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room4    | Philips           | EPIQ CVx Ultrasound System   | USO18B0277 |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room5    | Philips           | EPIQ iE33 Ultrasound System  | 03B8PG     |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room6    | 持田シーメンス           | ACUSON SC2000                | 400500     |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room7    | GEメディカル           | Vivid E95                    | AR0071     |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room8    | Canon             | Aplio i900(TUS-AI900)        | 99J18Y2207 |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room9    | GEメディカル           | Vivid E9                     | UY9011     |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room10   | Canon             | Aplio i900(TUS-AI900)        | JJ19Y2007  |                  |           |          |  |
|         |         |                | 経食道心エコー  | Philips           | iE33 Preowned System         | BOODY3     |                  |           |          |  |
|         |         |                | ポータブル1   | GEメディカル           | Vivid q                      | UA0287     |                  |           |          |  |
|         |         |                | ポータブル2   | GEメディカル           | Vivid S6                     | UX9255     |                  |           |          |  |
| 超音波     | 年1回：外部  | 2F<br>超音波検査室   | Room2    | Canon             | TUS-A400/W1                  | WID1232430 | 2022/7/9         |           |          |  |
|         |         |                | Room3    | Canon             | TUS-A400/W1                  | WIF1454348 | 2022/7/9         |           |          |  |
|         |         |                | Room4    | Canon             | TUS-X200/W5                  | W5A1682108 | 2022/7/9         |           |          |  |
|         |         |                | Room5    | Canon             | TUS-AI700                    | 99I1882305 |                  |           |          |  |
|         |         |                | Room8    | Canon             | CUS-AA450                    | JJC1952193 | 2022/7/9         |           |          |  |
| ABI     | 年2回：外部  | 2F<br>機能検査室    | -        | フクダコーリン           | BP-203RPEIIIライト (HFA-PRE3)   | 01L00959A  | 2022/9/9         |           |          |  |
|         | 年1回：外部  |                | -        | フクダコーリン           | BP-203RPEIIIライト (HFA-PRE3)   | 01L02776A  | 2022/9/9         |           |          |  |
|         |         |                | -        | フクダコーリン           | BP-203RPEIIIライト (HFA-PRE3)   | 01L05301A  | 2022/9/9         |           |          |  |
| スパイロ    | 年1回：外部  | 2F<br>機能検査室    | -        | チェスト              | CHESTAC-8900 D型              | 890850     |                  |           |          |  |
|         |         |                | -        | チェスト              | CHESTAC-8900 DN型             | 890738     |                  |           |          |  |
| X線      | 年2回：外部  | 2F<br>レントゲン室   | 第1撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225144   | 2022/6/7         |           |          |  |
|         |         |                | 第2撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225189   | 2022/6/8         |           |          |  |
|         |         |                | 第3撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225188   | 2022/6/14        |           |          |  |
|         |         |                | 第4撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225145   | 2022/6/15        |           |          |  |
|         |         | 1F<br>画像センター   | 第5撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225187   | 2022/6/21        |           |          |  |
|         |         |                | 第6撮影室    | Philips           | Digital Diagnost             | 51225143   | 2022/6/22        |           |          |  |
| 心臓カテーテル | 年1回：外部  | 1F<br>心臓カテーテル室 | カテーテル室1  | 島津製作所             | BRINSIST Safire C-12         | 127679     | 2022/4/2         |           |          |  |
|         |         |                | カテーテル室2  | 島津製作所             | BRINSIST Safire C-12         | 127680     | 2022/4/16        |           |          |  |
|         |         |                | カテーテル室3  | 島津製作所             | BRINSIST Safire C-12         |            | 2022/4/25        |           |          |  |
|         |         |                | カテーテル室4  | 島津製作所             | CVS C16 package              |            | 2022/4/23        |           |          |  |
|         |         |                | カテーテル室5  | 島津製作所             | BRINSIST Safire VB9          | 127767     | 2022/4/16        |           |          |  |
|         |         |                | カテーテル室6  | 島津製作所             | CVS F12 package              |            | 2022/4/2         |           |          |  |
| 血管造影    | 年2回：外部  | 1F<br>血管造影室    | 造影室1     | Philips           | Azurion 7 B20/15             | 78565510   |                  |           |          |  |
|         |         |                | 造影室2     | Philips           | Allura Xper FD20             | 51221453   | 2022/6/17        |           |          |  |
| オペ室装置   | 年1回：外部  | 3F<br>手術室      | Room7    | 島津製作所             | DIGITEX safire SP            | 127768     | 2022/4/29        |           |          |  |
|         | 年2回：外部  |                | Room13   | Philips           | Azurion 7 F20(Flex Arm)      | 77842748   | 2022/8/5         |           |          |  |
| CT      | 年4回：外部  | 1F<br>画像センター   | CT室1     | Canon             | Aquilion prime sp TSX-303B/6 | 6AA21X2292 | 2022/4/16        | 2022/10/1 |          |  |
|         |         |                | CT室2     | Canon             | Aquilion 64CX TSX-101A/NA    | NAA1092226 | 2022/6/4         | 2022/10/1 |          |  |
| 冠動脈CT   | 年3回：外部  | 1F<br>画像センター   | 冠動脈CT1   | GEヘルスケア           | Light Speed VCT              | QS0334     | 2022/5/10        | 2022/9/20 |          |  |
|         | 年4回：外部  |                | 冠動脈CT2   | GEヘルスケア           | Revolution CT                | REV042     | 2022/5/13        | 2022/8/12 |          |  |
| MRI     | 年4回：外部  | 1F<br>画像センター   | 第1MRI    | GEヘルスケア           | SIGNA 3.0T EXCITE HDX        | YM1826     | 2022/6/28        |           |          |  |
|         | 年2回：外部  |                | 第2MRI    | Philips           | Ingenia 3.0T CX Quasar       | 78109      | 2022/6/28        |           |          |  |
|         |         |                | 第3MRI    | Philips           | Ingenia 1.5T                 | 84118      | 2022/4/12        |           |          |  |
| RI      | 年3回     |                | 第1RI     | GEヘルスケア           | INFINIA- II                  | YN1587     | 2022/5/25        |           |          |  |
|         |         |                | 第2RI     | GEヘルスケア           | INFINIA- II                  | YN1589     | 2022/5/26        |           |          |  |
| 心電計     | 年1回：外部  | 2F<br>生理検査室    | 心電図室1    | 日本光電              | ECG2550                      | 01349      | 2022/4/11        |           |          |  |
|         |         |                | 心電図室2    | 日本光電              | ECG2550                      | 01348      | 2022/4/11        |           |          |  |
|         |         |                | 心電図室3    | 日本光電              | ECG2550                      | 01515      | 2022/4/11        |           |          |  |
|         |         |                | 心電図室4    | 日本光電              | ECG2450                      | 01451      | 2022/4/11        |           |          |  |
|         |         |                | 心電図室5    | 日本光電              | ECG2450                      | 01452      | 2022/4/11        |           |          |  |
| 遠心機     | 年1回：外部  | 2F<br>検体検査室    | 遠心分離機    | KUBOTA            | S300T(RS2400A)               | Y62144     | 2022/7/1         |           |          |  |
|         |         |                | 冷却遠心機    | KUBOTA            | 2800(RS240)                  | P63114     | 2022/7/1         |           |          |  |
| 血圧計     | 年1回：外部  | 脳卒中センター        | 血圧計1     | フクダコーリン           | HBP9021                      | 000415     |                  |           |          |  |
|         |         | 心臓血管病センター      | 血圧計2     | フクダコーリン           | HBP9020                      | 002648     |                  |           |          |  |
|         | 年1回：購入  | 2F<br>臨床研究センター | 血圧計3     | エー・アンド・デイ         | ES-H56                       | 21-0114    | 2022/4/19        |           |          |  |
| 検体保管温度計 | 年1回：購入  | 2F<br>検体検査室    | 冷蔵       | エー・アンド・デイ         | AD-5680                      | AZ-5680    | 2022/6から温度ロガーに移行 |           |          |  |
|         |         |                | 冷凍(-20℃) | エー・アンド・デイ         | AD-5680                      | AZ-5680    | 2022/6から温度ロガーに移行 |           |          |  |
| 体温計     | 年1回：購入  | 2F<br>臨床研究センター | 電子体温計    | オムロン              | MC-1600W-HP                  |            | 2022/7/14        |           |          |  |
|         |         |                |          | オムロン              | MC-1600W-HP                  |            | 2022/7/14        |           |          |  |
| 身長計     | 年1回：院内  | 2F             | 手動式身長体重計 | navis (DP-7100PW) | IOH-1M                       |            | 2022/9/1         |           |          |  |
| 体重計     | 2年1回：外部 | 臨床研究センター       |          | navis (DP-7100PW) | IOH-1M                       |            |                  |           |          |  |