

小倉記念病院

ID1100 [室温]

2025/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.3	24.9	25.3	
2日	23.9	24.6	25.3	
3日	24.0	24.2	24.5	
4日	24.0	24.2	24.4	
5日	24.0	24.2	24.4	
6日	24.0	24.2	24.4	
7日	24.0	24.2	24.5	
8日	24.1	24.3	24.6	
9日	24.0	24.2	24.5	
10日	24.1	24.3	24.5	
11日	24.0	24.2	24.5	
12日	23.9	24.2	24.5	
13日	23.9	24.2	24.5	
14日	23.9	24.1	24.4	
15日	23.9	24.2	24.5	
16日	24.0	24.2	24.4	
17日	24.1	24.3	24.5	
18日	23.9	24.2	24.6	
19日	24.0	24.3	24.6	
20日	24.0	24.2	24.5	
21日	24.0	24.2	24.5	
22日	23.9	24.2	24.4	
23日	23.9	24.2	24.5	
24日	24.0	24.3	24.6	
25日	24.0	24.3	24.6	
26日	24.1	24.3	24.6	
27日	24.0	24.4	24.7	
28日	24.0	24.3	24.5	
29日	23.7	24.3	24.7	
30日	23.6	24.1	24.5	
31日	24.1	24.4	24.6	
全体	23.6	24.3	25.3	

シリアル番号:07480651

小倉記念病院

ID1101 [冷蔵庫1]

2025/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.7	4.0	4.3	
2日	3.7	4.0	4.3	
3日	3.7	4.0	4.3	
4日	3.7	4.0	4.4	
5日	3.6	4.0	4.3	
6日	3.7	4.0	4.3	
7日	3.6	4.0	4.3	
8日	3.6	4.0	4.3	
9日	3.6	4.0	4.3	
10日	3.6	4.0	4.4	
11日	3.8	4.1	4.4	
12日	3.8	4.1	4.4	
13日	3.8	4.1	4.4	
14日	3.8	4.1	4.4	
15日	3.9	4.2	4.4	
16日	3.9	4.2	4.4	
17日	3.8	4.2	4.4	
18日	3.8	4.2	4.5	
19日	4.0	4.3	4.5	
20日	4.0	4.3	4.5	
21日	4.0	4.3	4.5	
22日	4.0	4.3	4.5	
23日	4.0	4.3	4.5	
24日	4.0	4.3	4.5	
25日	4.0	4.3	4.5	
26日	4.0	4.3	4.5	
27日	4.0	4.3	4.5	
28日	4.0	4.3	4.5	
29日	4.0	4.3	4.5	
30日	4.0	4.3	4.5	
31日	4.0	4.3	4.6	
全体	3.6	4.2	4.6	

シリアル番号:07480657

ID1102 [冷蔵庫2]

2025/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.1	4.5	4.8
2日	3.9	4.5	4.8
3日	4.0	4.4	4.8
4日	4.0	4.4	4.8
5日	4.1	4.4	4.8
6日	4.0	4.4	4.8
7日	4.0	4.4	4.8
8日	4.0	4.4	4.8
9日	4.0	4.4	4.8
10日	4.1	4.4	4.8
11日	4.0	4.4	4.8
12日	4.1	4.5	4.8
13日	4.1	4.5	4.8
14日	4.0	4.4	4.8
15日	4.1	4.5	4.8
16日	4.1	4.5	4.8
17日	4.1	4.5	4.8
18日	4.0	4.4	4.8
19日	4.1	4.4	4.8
20日	4.0	4.4	4.8
21日	4.0	4.4	4.8
22日	4.0	4.4	4.8
23日	4.1	4.4	4.8
24日	3.8	4.3	4.8
25日	3.8	4.3	4.7
26日	3.8	4.3	4.7
27日	3.8	4.3	4.7
28日	3.8	4.3	4.6
29日	3.8	4.3	4.6
30日	3.8	4.3	4.7
31日	3.0	4.2	4.6
全体	3.0	4.4	4.8

シリアル番号:07480658

小倉記念病院

ID1103 [恒温庫]

2025/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.5	19.3	20.0	
2日	18.4	19.3	20.0	
3日	18.5	19.3	20.0	
4日	18.4	19.3	19.9	
5日	18.5	19.3	19.9	
6日	18.5	19.3	19.9	
7日	18.5	19.3	19.9	
8日	18.5	19.3	19.9	
9日	18.5	19.3	20.0	
10日	18.4	19.3	20.0	
11日	18.7	19.3	19.9	
12日	18.7	19.3	19.9	
13日	18.7	19.3	19.9	
14日	18.7	19.3	19.9	
15日	18.7	19.3	19.9	
16日	18.7	19.3	19.9	
17日	18.6	19.3	19.9	
18日	18.5	19.4	20.0	
19日	18.5	19.3	20.0	
20日	18.5	19.3	20.0	
21日	18.5	19.3	20.0	
22日	18.5	19.3	20.0	
23日	18.5	19.3	20.0	
24日	18.5	19.3	20.0	
25日	18.5	19.3	20.0	
26日	18.5	19.3	20.0	
27日	18.5	19.3	20.0	
28日	18.5	19.3	20.0	
29日	18.5	19.3	20.0	
30日	18.5	19.3	20.0	
31日	18.5	19.3	19.9	
全体	18.4	19.3	20.0	

シリアル番号:07480659

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	24.7	25.3	25.9
2日	24.8	25.5	26.1
3日	24.7	25.4	26.1
4日	24.6	25.4	26.1
5日	25.7	26.1	26.4
6日	26.3	26.4	26.5
7日	25.2	25.9	26.6
8日	25.0	25.6	26.2
9日	24.8	25.6	26.3
10日	24.9	25.6	26.4
11日	24.9	25.6	26.2
12日	26.0	26.2	26.5
13日	26.5	26.6	26.6
14日	25.0	25.9	26.7
15日	25.0	25.7	26.4
16日	25.0	25.7	26.5
17日	25.1	25.8	26.4
18日	25.1	25.8	26.4
19日	25.8	26.2	26.5
20日	26.4	26.6	26.9
21日	26.8	26.9	27.1
22日	25.3	26.2	27.1
23日	24.9	25.8	26.8
24日	25.1	25.7	26.4
25日	25.2	25.7	26.4
26日	26.2	26.6	26.9
27日	26.7	26.8	27.0
28日	25.4	26.2	27.1
29日	25.2	25.9	26.7
30日	25.2	25.9	26.5
31日	25.2	25.9	26.7
全体	24.6	26.0	27.1

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2025/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.2	5.4	5.8	
2日	5.2	5.3	5.6	
3日	5.4	5.6	6.1	
4日	5.3	5.6	6.0	
5日	5.3	5.4	5.7	
6日	5.3	5.4	5.7	
7日	5.3	5.4	5.9	
8日	5.1	5.4	5.8	
9日	4.7	5.2	5.8	
10日	4.6	4.8	5.7	
11日	4.6	5.0	5.7	
12日	5.0	5.2	5.6	
13日	5.0	5.1	5.4	
14日	4.9	5.2	5.8	
15日	5.0	5.2	5.7	
16日	5.0	5.3	5.8	
17日	5.2	5.4	5.7	
18日	4.7	5.2	5.8	
19日	4.9	5.0	5.1	
20日	4.9	5.0	5.2	
21日	4.9	5.0	5.3	
22日	4.8	5.2	5.7	
23日	5.3	5.4	6.0	
24日	5.3	5.6	6.0	
25日	5.5	5.8	6.2	
26日	5.7	5.8	5.9	
27日	5.8	5.9	6.3	
28日	5.7	6.0	6.3	
29日	4.8	5.5	6.1	
30日	4.7	4.9	5.3	
31日	4.4	4.7	5.0	
全体	4.4	5.3	6.3	

シリアル番号:05230362
2024/11/11よりシリアル番号:07480661に変更

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.4	-28.9	-28.7	
2日	-29.3	-29.0	-28.7	
3日	-29.3	-29.0	-28.7	
4日	-29.4	-29.0	-28.7	
5日	-29.2	-28.9	-28.7	
6日	-29.1	-28.9	-28.7	
7日	-29.6	-29.0	-28.7	
8日	-29.8	-22.3	-2.9	
9日	-28.5	-27.0	-25.2	
10日	-28.5	-27.3	-26.9	
11日	-28.3	-27.2	-26.8	
12日	-27.1	-26.9	-26.8	
13日	-27.1	-26.9	-26.8	
14日	-28.9	-27.3	-26.8	
15日	-28.7	-27.3	-26.9	
16日	-28.5	-27.3	-26.9	
17日	-28.7	-27.3	-26.9	
18日	-28.8	-27.3	-26.8	
19日	-27.1	-26.9	-26.8	
20日	-27.0	-26.9	-26.8	
21日	-27.1	-26.9	-26.8	
22日	-28.9	-27.2	-26.8	
23日	-28.8	-27.2	-26.8	
24日	-28.0	-27.0	-26.6	
25日	-28.0	-27.1	-26.6	
26日	-26.9	-26.8	-26.7	
27日	-27.0	-26.8	-26.7	
28日	-28.2	-27.1	-26.7	
29日	-28.1	-27.2	-26.8	
30日	-28.0	-27.1	-26.8	
31日	-28.4	-27.2	-26.8	
全体	-29.8	-27.4	-2.9	

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.0	-79.0	-78.2	
2日	-80.1	-79.0	-78.2	
3日	-80.0	-79.0	-78.1	
4日	-80.0	-79.0	-78.1	
5日	-80.0	-79.0	-78.2	
6日	-80.0	-79.0	-78.2	
7日	-80.0	-79.0	-78.2	
8日	-80.0	-79.0	-78.1	
9日	-80.0	-79.0	-78.1	
10日	-80.0	-79.0	-78.2	
11日	-80.0	-79.0	-78.2	
12日	-80.0	-79.0	-78.2	
13日	-80.0	-79.0	-78.2	
14日	-80.0	-79.0	-78.2	
15日	-80.3	-79.0	-78.0	
16日	-80.0	-79.0	-78.1	
17日	-80.1	-79.0	-78.1	
18日	-80.1	-79.0	-77.4	
19日	-79.9	-79.0	-78.1	
20日	-79.9	-79.0	-78.2	
21日	-79.9	-79.0	-78.2	
22日	-79.9	-79.0	-78.1	
23日	-80.0	-79.0	-78.2	
24日	-79.9	-79.1	-78.2	
25日	-79.9	-79.0	-78.2	
26日	-79.9	-79.0	-78.2	
27日	-79.9	-79.0	-78.1	
28日	-79.9	-79.0	-78.2	
29日	-80.0	-79.0	-78.1	
30日	-80.3	-79.0	-77.6	
31日	-79.8	-78.9	-78.1	
全体	-80.3	-79.0	-77.4	